

# 入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

なお当該入札公告は、当院ホームページ上にも掲載する。

令和7年10月21日

日野病院組合

管理者 埴田 淳一

## 記

### 1. 調達内容

#### (1) 調達物品の名称及び数量

生体情報モニタ 一式

#### (2) 調達物品の仕様等

別紙生体情報モニタ仕様書のとおり

#### (3) 納入期限

令和7年12月26日（金）

#### (4) 納入場所

鳥取県日野郡日野町野田332

日野病院組合 日野病院

#### (5) 入札方法

入札者は、調達物品の本体のほか、運送費、保険料、関税、据付工事費、稼働させるための設備改修費及び仕様書等に規定するもの等納入に要する一切の諸経費を含め金額を見積もるものとする。また入札者は、消費税に課税事業者であるか、非課税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

### 2. 入札参加資格

この入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

#### (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

#### (2) 次のア～カのいずれかに該当があった後2年間を経過しない者、これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者でないこと。

ア. 契約の履行に当り故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたもの。

イ. 公正な競争の執行を妨げたもの又は、公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。

ウ. 入札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者。

エ. 監督又は検査の実施に当り職員の職務の執行を妨げた者。

オ. 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。

カ. 上記のア～オのいずれかに該当する事実があった者を、契約の履行に当り、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。

(3) この公告に示した物品を納入期限までに納入場所に納入することができる者であって、当該物品の納入後、保守、点検、修理その他のアフターサービスを求めに応じて速やかに提供できる者であること。

(4) 入札の日において、国または地方公共団体から指名停止の措置を受けていない者であること。

### 3. 入札説明書、仕様書等の交付場所等

(1) 入札説明書、仕様書等の交付場所及び問い合わせ先

〒689-4504 鳥取県日野郡日野町野田 3 3 2

日野病院組合 日野病院 総務課 小川

電話：0859-72-0351 FAX：0859-72-0089

又は、日野病院ホームページから入手

(2) 入札説明書の交付期間

令和7年10月21日（火）～令和7年10月31日（金）午前8時

(3) 入札及び開札の日時及び場所

令和7年10月31日（金）午前10時

日野病院 第2会議室

(4) 郵便等による入札

不可とする。

### 4. 落札者の決定

本入札説明書に従い入札書を提出したものであって、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

### 5. その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨とする。

(2) 入札保証金及び契約保証金

免除する。

(3) 契約書作成の要否

要

(4) 詳細は入札説明書による。

## 入 札 説 明 書

この入札説明書は、本件公告にさだめるもののほか、本件調達に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。

### 1 調達内容

#### (1) 概要

本調達は、日野病院組合日野病院に調達物品を導入する。

#### (2) 調達物品の名称及び数量

生体情報モニタ 一式

#### (3) 調達物品の仕様等

別紙生体情報モニタ仕様書のとおり

#### (4) 納入期限

令和7年12月26日（金）

#### (5) 納入場所

鳥取県日野郡日野町野田332 日野病院組合日野病院

### 2. 入札参加資格

この入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

#### (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

#### (2) 次のア～カのいずれかに該当があった後2年間を経過しない者、これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者でないこと。

ア. 契約の履行に当り故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたもの。

イ. 公正な競争の執行を妨げたもの又は、公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。

ウ. 入札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者。

エ. 監督又は検査の実施に当り職員の職務の執行を妨げた者。

オ. 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。

カ. 上記のア～オのいずれかに該当する事実があった者を、契約の履行に当り、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。

#### (3) この公告に示した物品を納入期限までに納入場所に納入することができる者であって、当該物品の納入後、保守、点検、修理その他のアフターサービスを求めに応じて速やかに提供できる者であること。

#### (4) 入札の日において、国または地方公共団体から指名停止の措置を受けていない者であること。

### 3. 入札手続等

- (1) 入札書の提出場所、入札に関する問い合わせ先

〒689-4504 鳥取県日野郡日野町野田 332

日野病院組合日野病院総務課 担当 小川

電話：0859-72-0351 FAX：0859-72-0089

- (2) 入札及び開札の日時及び場所

令和7年10月31日（金）午前10時

日野病院 第2会議室

- (3) 郵便等による入札

不可とする。

### 4. 入札方法等

- (1) 入札者は、調達物品の本体のほか、運送費、保険料、関税、据付工事費、稼働させるための設備改修費及び仕様書等に規定するもの等納入に要する一切の諸経費を含め金額を見積もるものとする。また入札者は、消費税に課税事業者であるか、非課税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- (2) 予定価格以内の入札がないときは、予定価格以内の価格に達するまで、再度入札を1回のみ行う。
- (3) 入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。
- (4) 代理人に入札書を提出させるときは、必ず委任状を提出しなければならない。
- (5) 入札書及び委任状の宛名は「日野病院組合管理者 塚田 淳一」とすること。
- (6) 入札者は、いったん提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。
- (7) 入札後、本件公告、基本仕様書並びにこの入札説明書等の不知又は不明を理由として、意義を申し立てることはできない。

### 5. 入札の無効

- (1) 本件公告に示した入札参加資格のない者の入札
- (2) 入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札
- (3) 他の入札者の代理人を兼ねた者、又は2人以上の入札者の代理をした者の入札
- (4) 委任状のない代理人の入札
- (5) 入札に関して不正のあった者の入札
- (6) 記名押印のない入札書による入札
- (7) 入札書の金額、氏名、印影、その他入札に関する要件を欠き、又は重要な文字を誤脱し、若しくは記載内容を確認しがたい入札書による入札
- (8) 協定、会計法令、財務規定、会計規則、特例規則、本件公告及びこの入札説明書に違反した入札

### 6. 落札者の決定

本入札説明書に従い入札書を提出したものであって、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、再入札を行った場合でも落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最低価格入札者と交渉を行うものとする。

## 7. 契 約

### (1) 契約する者

鳥取県日野郡日野町野田332

日野病院組合

管理者 埴田 淳一

### (2) 契約担当部署

日野病院 総務課

### (3) 契約手続において使用する言語、通貨及び時刻

日本語、日本国通貨及び日本標準時

### (4) 契約書作成の要否

要

### (5) 手続における交渉の有無

無

生体情報モニタ仕様書

|       |                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1－1   | 生体情報モニタ本体（以下「モニタ本体」という）は、以下の要件を満たすこと。                                      |
| 1－1－1 | 患者の生体情報を監視する有線式モニタであること。                                                   |
| 1－1－2 | モニタ本体に測定部、記録器が内蔵された一体型使用であること。                                             |
| 1－1－3 | メインディスプレイは10. 1型以上のカラー液晶ディスプレイワイドであること。                                    |
| 1－1－4 | 画面解像度は1280×800ドット以上であること                                                   |
| 1－1－5 | 基本パラメータとして以下の項目の測定が可能なこと。<br>心電図、呼吸、非観血血圧、SpO2の測定可能なこと。                    |
| 1－1－6 | 心電図、呼吸、SpO2、非観血血圧の基本パラメータは、モニタ本体に内蔵され測定可能なこと。                              |
| 1－1－7 | モニタ本体で心電図、呼吸、非観血血圧、SpO2を同時計測可能なこと。                                         |
| 1－2   | 測定項目に関して、以下の要件を満たすこと。                                                      |
| 1－2－1 | 心電図測定に関して、以下の要件を満たすこと。                                                     |
| 1－2－2 | STの変化を棒グラフで表すSTグラフ表示が可能なこと。                                                |
| 1－2－3 | 24時間のHR、ST、QT、QTcの最高/最低値/発生時間や不整脈の発生回数などを1画面に表示する24時間の心電図サマリ機能を有すること。      |
| 1－2－4 | 24時間の心電図サマリ機能では各項目の代表波形も同時に表示可能なこと。                                        |
| 1－3   | 患者データに関して、以下の要件を満たすこと。                                                     |
| 1－3－1 | 1分間隔で120時間以上の全ての患者データが保存可能なこと。                                             |
| 1－3－2 | トレンドグラフは5グラフ以上同時表示可能なこと。                                                   |
| 1－3－3 | 基本画面のパラメータウインドウに常時HR、SpO2、血圧のリストを表示可能なこと。                                  |
| 1－3－4 | 不整脈、イベント、マニュアルイベントの波形等のデータ保存は、モニタ本体内で1000件以上保存可能なこと。                       |
| 1－3－5 | ベッドサイドモニタで最大48時間の波形データを保存可能なこと。                                            |
| 1－3－6 | 数値リスト120時間、アラームイベント1000件の患者データは退床後も継続保存可能なこと。                              |
| 1－3－7 | 退床後の患者データは経過日数に関係なく100件以上の継続保存可能なこと。                                       |
| 1－4   | アラーム機能に関して、以下の要件を満たすこと。                                                    |
| 1－4－1 | アラーム発生時の自動記録時間は8、16、32秒から選択可能なこと。                                          |
| 1－4－2 | アラーム休止時間は1、2、3、5、10分と無制限から選択可能なこと。                                         |
| 1－4－3 | アラーム発生時に一定時間アラーム解除せずそのままにしておいた時、自動的にアラーム音量を増大させる機能よ有すること。                  |
| 1－4－4 | 心電図と脈波の信号強度(SQI: Signal Quality Index)を検出しバー表示する機能を有すること。                  |
| 1－4－5 | 心電図又は脈波のどちらかの信号強度が悪い場合、HR/PR/不整脈の各アラームを信号強度が良好な方の信号を用いて自動で解析/補正する機能を有すること。 |
| 1－4－6 | 血圧などのアラームに関してはアラーム設定値を2段階で設定できる機能を有すること。                                   |
| 1－5   | その他の機能、性能に関して、以下の要件を満たすこと。                                                 |
| 1－5－1 | 電源OFF後の自動退床時間を5、30分、1、4、8、時間から選択可能なこと。                                     |
| 1－5－2 | 電源OFF後に自動退床しない設定が可能なこと。                                                    |
| 1－6   | 操作性に関して、以下の要件を満たすこと。                                                       |
| 1－6－1 | タッチパネル方式にて操作が可能なこと。                                                        |
| 1－6－2 | ワイヤレスリモコンが使用可能なこと。                                                         |
| 1－6－3 | 数値リストなどのレビューや設定などでの項目選択時にはスワイプ操作によりスクロール可能なこと。                             |
| 1－6－4 | 2フィンガーによるスワイプ操作により基本画面、数値優先画面の切り替えが可能なこと。                                  |
| 1－7   | 電源に関して、以下の要件を満たすこと。                                                        |
| 1－7－1 | バッテリー搭載可能で、約4時間以上バッテリー動作が可能なこと。                                            |