

入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。
なお当該入札公告は、当院ホームページ上にも掲載する。

令和7年12月9日

日野病院組合

管理者 塩田 淳一

記

1. 調達内容

(1) 調達物品の名称及び数量

免疫測定装置 1式

(2) 調達物品の仕様等

別紙免疫測定装置仕様書のとおり

(3) 納入期限

令和8年3月26日(木)

(4) 納入場所

鳥取県日野郡日野町野田332

日野病院組合 日野病院

(5) 入札方法

入札者は、調達物品の本体のほか、運送費、保険料、関税、据付工事費、稼動させるための設備改修費及び仕様書等に規定するもの等納入に要する一切の諸経費を含め金額を見積るものとする。また入札者は、消費税に課税事業者であるか、非課税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2. 入札参加資格

この入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 次のア～カのいずれかに該当があった後2年間を経過しない者、これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者でないこと。

ア. 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたもの。

イ. 公正な競争の執行を妨げたもの又は、公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。

- ウ. 入札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者。
 - エ. 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。
 - オ. 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。
 - カ. 上記のア～オのいずれかに該当する事実があった者を、契約の履行に当り、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。
- (3) この公告に示した物品を納入期限までに納入場所に納入することができる者であって、当該物品の納入後、保守、点検、修理その他のアフターサービスを求めるに応じて速やかに提供できる者であること。
- (4) 入札の日において、国または地方公共団体から指名停止の措置を受けていない者であること。

3. 入札説明書、仕様書等の交付場所等

- (1) 入札説明書、仕様書等の交付場所及び問い合わせ先
〒689-4504 鳥取県日野郡日野町野田332
日野病院組合 日野病院 総務課 矢田貝
電話：0859-72-0351 FAX：0859-72-0089
又は、日野病院ホームページから入手
- (2) 入札説明書の交付期間
令和7年12月9日（火）～令和7年12月19日（金）午前8時
- (3) 入札及び開札の日時及び場所
令和7年12月19日（金）午前10時
日野病院 第2会議室
- (4) 郵便等による入札
不可とする。

4. 落札者の決定

本入札説明書に従い入札書を提出したものであって、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

5. その他

- (1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨とする。
- (2) 入札保証金及び契約保証金
免除する。
- (3) 契約書作成の要否
要
- (4) 詳細は入札説明書による。

入札説明書

この入札説明書は、本件公告にさだめるもののほか、本件調達に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。

1 調達内容

(1) 概要

本調達は、日野病院組合日野病院に調達物品を導入する。

(2) 調達物品の名称及び数量

免疫測定装置 1式

(3) 調達物品の仕様等

別紙免疫測定装置仕様書のとおり

(4) 納入期限

令和8年3月26日（木）

(5) 納入場所

鳥取県日野郡日野町野田332 日野病院組合日野病院

2. 入札参加資格

この入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 次のア～カのいずれかに該当があった後2年間を経過しない者、これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者でないこと。

ア. 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたもの。

イ. 公正な競争の執行を妨げたもの又は、公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。

ウ. 入札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者。

エ. 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。

オ. 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。

カ. 上記のア～オのいずれかに該当する事実があった者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。

(3) この公告に示した物品を納入期限までに納入場所に納入することができる者であって、当該物品の納入後、保守、点検、修理その他のアフターサービスを求めに応じて速やかに提供できる者であること。

(4) 入札の日において、国または地方公共団体から指名停止の措置を受けていない者であること。

3. 入札手続等

- (1) 入札書の提出場所、入札に関する問い合わせ先
〒689-4504 鳥取県日野郡日野町野田 332
日野病院組合日野病院総務課 担当 矢田貝
電話：0859-72-0351 FAX：0859-72-0089
- (2) 入札及び開札の日時及び場所
令和7年12月19日（金）午前10時
日野病院 第2会議室
- (3) 郵便等による入札
不可とする。

4. 入札方法等

- (1) 入札者は、調達物品の本体のほか、運送費、保険料、関税、据付工事費、稼動させるための設備改修費及び仕様書等に規定するもの等納入に要する一切の諸経費を含め金額を見積るものとする。また入札者は、消費税に課税事業者であるか、非課税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- (2) 予定価格以内の入札がないときは、予定価格以内の価格に達するまで、再度入札を1回のみ行う。
- (3) 入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。
- (4) 代理人に入札書を提出させるときは、必ず委任状を提出しなければならない。
- (5) 入札書及び委任状の宛名は「日野病院組合管理者 塔田 淳一」とすること。
- (6) 入札者は、いったん提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。
- (7) 入札後、本件公告、基本仕様書並びにこの入札説明書等の不知又は不明を理由として、意義を申し立てるることはできない。

5. 入札の無効

- (1) 本件公告に示した入札参加資格のない者の入札
- (2) 入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札
- (3) 他の入札者の代理人を兼ねた者、又は2人以上の入札者の代理をした者の入札
- (4) 委任状のない代理人の入札
- (5) 入札に関して不正のあった者の入札
- (6) 記名押印のない入札書による入札
- (7) 入札書の金額、氏名、印影、その他入札に関する要件を欠き、又は重要な文字を誤脱し、若しくは記載内容を確認しがたい入札書による入札
- (8) 協定、会計法令、財務規定、会計規則、特例規則、本件公告及びこの入札説明書に違反した入札

6. 落札者の決定

本入札説明書に従い入札書を提出したものであって、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、再入札を行った場合でも落札者がない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最低価格入札者と交渉を行うものとする。

7. 契約

(1) 契約する者

鳥取県日野郡日野町野田332

日野病院組合

管理者 塔田 淳一

(2) 契約担当部署

日野病院 総務課

(3) 契約手続において使用する言語、通貨及び時刻

日本語、日本国通貨及び日本標準時

(4) 契約書作成の要否

要

(5) 手続における交渉の有無

無

免疫測定装置仕様書

1 調達物品名及び調達数量

1－1 免疫測定装置 1式

2 免疫測定装置について以下の要件を満たすこと

2－1 装置機能に関しては、以下の要件を満たすこと

2－1－1 免疫血清検査測定装置本体 1式であること

2－1－2 分析方式がディスクリートシングルライン ランダムアクセスであること

2－1－3 同時分析項目が36項目であること

2－1－4 処理能力が180テスト／時間であること

2－1－5 検体架設はラック方式であること

2－1－6 1ラック 5検体立てられること

2－1－7 最大10ラック、50検体架設可能のこと

2－1－8 検体ラックとは別に、STATによる緊急分析が可能であること

2－1－9 サンプル分注はディスポーザブルチップによるピペットティング方式であること

2－1－10 ディスポーザブルチップを960本架設可能で随時追加可能であること

2－1－11 サンプリングは10～35 μ Lであること（または50 μ L以下であること）

2－1－12 1テストの反応時間が10分以内で、ファーストレポート10分40秒であること

2－1－13 測定試薬の形態がディスポーザブルタイプカートリッジ封入タイプであること

2－1－14 試薬、消耗品の架設が随時可能であること

2－1－15 装置の試薬庫に保冷機能（7±3°C）が付いていること

2－1－16 純水装置が不要であること

2－1－17 検量線作成において2Point補正であること

2－2 装置寸法・電源に関しては、以下の要件を満たすこと

2－2－1 装置寸法が幅1470mm、奥行905mm、高さ1720mm以内であること

2－2－2 使用電源が100V±10%、15Aであること

2－3 測定原理・試薬項目に関しては、以下の要件を満たすこと

2－3－1 測定項目としてNT-proBNP、PCT、HBsAg、HCVAb、TSH、FT4、PSA、AFP、CEA、CA19-9が測定できること

2－3－2 測定原理はルミノールまたはL-012を用いた化学発光方式酵素免疫法であること

2－3－3 磁性粒子「マグラピッド®」を固相に採用していること

2－3－4 磁性粒子、発光基質、発光試薬がディスポーザブルタイプカートリッジに封入されていること

2-4 操作部に関しては、以下の要件を満たすこと

2-4-1 画面は 21.5 インチのカラー液晶パネルであること

2-4-2 操作は画面タッチパネル方式を採用し操作容易なこと

2-4-3 使用言語は日本語対応であること

2-5 バーコード等読み取り機能に関しては、以下の要件を満たすこと

2-5-1 バーコード読み取りにより検体 ID 番号等の認識が可能なこと

2-5-2 バーコード読み取りによりラック ID 番号等の認識が可能なこと

2-5-3 試薬カセットの二次元コード読み取りにより項目、ロット、有効期限などの認識が可能なこと

2-5-4 基本検量線の二次元コード読み取りにより項目、ロット、基本検量線情報などの登録が可能なこと

2-5-5 コントロールセットに同梱の二次元コード読み取りにより、項目名、濃度別、参考値、参考値幅、ロット、有効期限の登録が可能なこと

2-5-6 キャリブレーター、コントロールに同梱のバーコードを使用する事により、自動登録、自動依頼での分析が可能であること

2-6 測定データ記憶に関しては、以下の要件を満たすこと

2-6-1 一般検体、緊急検体及び再検検体の合計で 50,000 テスト保存可能なこと