

入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

なお当該入札公告は、当院ホームページ上にも掲載する。

令和8年10月2日

日野病院組合

管理者 近藤 宏

記

1. 調達内容

(1) 調達物品の名称及び数量

人工呼吸器 1 式

(2) 調達物品の仕様等

別紙人工呼吸器仕様書のとおり

(3) 納入期限

令和9年1月29日（金）

(4) 納入場所

鳥取県日野郡日野町野田332

日野病院組合 日野病院

(5) 入札方法

入札者は、調達物品の本体のほか、運送費、保険料、関税、据付工事費、稼働させるための設備改修費及び仕様書等に規定するもの等納入に要する一切の諸経費を含め金額を見積もるものとする。また入札者は、消費税に課税事業者であるか、非課税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2. 入札参加資格

この入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 次のア～カのいずれかに該当があった後2年間を経過しない者、これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者でないこと。

ア. 契約の履行に当り故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたもの。

イ. 公正な競争の執行を妨げたもの又は、公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。

- ウ. 入札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者。
 - エ. 監督又は検査の実施に当り職員の職務の執行を妨げた者。
 - オ. 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。
 - カ. 上記のア～オのいずれかに該当する事実があった者を、契約の履行に当り、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。
- (3) この公告に示した物品を納入期限までに納入場所に納入することができる者であって、当該物品の納入後、保守、点検、修理その他のアフターサービスを求めに応じて速やかに提供できる者であること。
- (4) 入札の日において、国または地方公共団体から指名停止の措置を受けていない者であること。

3. 入札説明書、仕様書等の交付場所等

- (1) 入札説明書、仕様書等の交付場所及び問い合わせ先

〒689-4504 鳥取県日野郡日野町野田 3 3 2

日野病院組合 日野病院 総務課 中川

電話：0859-72-0351 FAX：0859-72-0089

又は、日野病院ホームページから入手

- (2) 入札説明書の交付期間

令和8年10月2日（金）～令和8年10月16日（金）午前8時

- (3) 入札及び開札の日時及び場所

令和8年10月16日（金）午前10時

日野病院 第2会議室

- (4) 郵便等による入札

不可とする。

4. 落札者の決定

本入札説明書に従い入札書を提出したものであって、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

5. その他

- (1) 契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨とする。

- (2) 入札保証金及び契約保証金

免除する。

- (3) 契約書作成の要否

要

- (4) 詳細は入札説明書による。

入 札 説 明 書

この入札説明書は、本件公告にさだめるもののほか、本件調達に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。

1 調達内容

(1) 概要

本調達は、日野病院組合日野病院に調達物品を導入する。

(2) 調達物品の名称及び数量

人工呼吸器 1式

(3) 調達物品の仕様等

人工呼吸器仕様書のとおり

(4) 納入期限

令和9年1月29日（金）

(5) 納入場所

鳥取県日野郡日野町野田332 日野病院組合日野病院

2. 入札参加資格

この入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 次のア～カのいずれかに該当があった後2年間を経過しない者、これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者でないこと。

ア. 契約の履行に当り故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたもの。

イ. 公正な競争の執行を妨げたもの又は、公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。

ウ. 入札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者。

エ. 監督又は検査の実施に当り職員の職務の執行を妨げた者。

オ. 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。

カ. 上記のア～オのいずれかに該当する事実があった者を、契約の履行に当り、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。

(3) この公告に示した物品を納入期限までに納入場所に納入することができる者であって、当該物品の納入後、保守、点検、修理その他のアフターサービスを求めに応じて速やかに提供できる者であること。

(4) 入札の日において、国または地方公共団体から指名停止の措置を受けていない者であること。

3. 入札手続等

- (1) 入札書の提出場所、入札に関する問い合わせ先

〒689-4504 鳥取県日野郡日野町野田 332

日野病院組合日野病院総務課 担当 中川

電話：0859-72-0351 FAX：0859-72-0089

- (2) 入札及び開札の日時及び場所

令和8年10月16日（金）午前10時

日野病院 第2会議室

- (3) 郵便等による入札

不可とする。

4. 入札方法等

- (1) 入札者は、調達物品の本体のほか、運送費、保険料、関税、据付工事費、稼働させるための設備改修費及び仕様書等に規定するもの等納入に要する一切の諸経費を含め金額を見積もるものとする。また入札者は、消費税に課税事業者であるか、非課税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- (2) 予定価格以内の入札がないときは、予定価格以内の価格に達するまで、再度入札を1回のみ行う。
- (3) 入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。
- (4) 代理人に入札書を提出させるときは、必ず委任状を提出しなければならない。
- (5) 入札書及び委任状の宛名は「日野病院組合管理者 近藤 宏」とすること。
- (6) 入札者は、いったん提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。
- (7) 入札後、本件公告、基本仕様書並びにこの入札説明書等の不知又は不明を理由として、意義を申し立てることはできない。

5. 入札の無効

- (1) 本件公告に示した入札参加資格のない者の入札
- (2) 入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札
- (3) 他の入札者の代理人を兼ねた者、又は2人以上の入札者の代理をした者の入札
- (4) 委任状のない代理人の入札
- (5) 入札に関して不正のあった者の入札
- (6) 記名押印のない入札書による入札
- (7) 入札書の金額、氏名、印影、その他入札に関する要件を欠き、又は重要な文字を誤脱し、若しくは記載内容を確認しがたい入札書による入札
- (8) 協定、会計法令、財務規定、会計規則、特例規則、本件公告及びこの入札説明書に違反した入札

6. 落札者の決定

本入札説明書に従い入札書を提出したものであって、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、再入札を行った場合でも落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最低価格入札者と交渉を行うものとする。

7. 契 約

(1) 契約する者

鳥取県日野郡日野町野田332

日野病院組合

管理者 近藤 宏

(2) 契約担当部署

日野病院 総務課

(3) 契約手続において使用する言語、通貨及び時刻

日本語、日本国通貨及び日本標準時

(4) 契約書作成の要否

要

(5) 手続における交渉の有無

無

人工呼吸器 仕様書

1 使用目的

- 1.1 本装置は、自発呼吸はあるが機械的換気を必要とする成人および小児用(20 kg 以上)の人工呼吸器であり、主として陽圧による換気、換気補助もしくは酸素投与を行うために使用する。
- 病院、医療施設内での使用に際し、不慮の電源消失にも一時的に対応し人工呼吸が継続できること、また、検査や病室変更時など院内搬送を必要とする場合でも、途切れることなく動作できること。また、非侵襲的換気のみならず、酸素療法にも使用できること。

2 一般名称および販売名

- 2.1 成人用人工呼吸器

3 寸法および質量(本体)

下記要件を満たすまたは同程度のものとする。

- 3.1 寸法:390(W) x 365(H) x200(D)mm
- 3.2 質量:約 12Kg(内蔵バッテリー 1 個を含む)
- 3.3 スクリーン:15.6 インチ、静電容量式タッチ式

4 適合規格

- 4.1 IEC 60601-1:医用電気機器 第 1、安全に関する一般的要求事項
- 4.2 IEC 60601-1-2:医用電気機器 第 1-2、安全に関する一般的要求事項、電磁両立性-要求事項及び試験
- 4.3 厚生労働省告示第 264 号:人工呼吸器警報基準

5 電氣的定格

- 5.1 AC:100 ~ 240 V、50/60 Hz、DC:14.4 V、入力電流:2.7 ~1.1 A

6 要件

機能・構成に関しては以下の要件を満たしている。

- 6.1 圧縮空気源:圧縮空気源は高流量を供給できるブロー方式である。
- 6.2 モード:CPAP、S/T、S、T、PCV、VAPS、S/T+、PPV モード(オプション)の選択が可能である。
- 6.3 酸素濃度
- 6.3.1 酸素モジュールが内蔵されており、すべてのモードで酸素濃度の設定が可能である。
- 6.3.2 酸素濃度は、21% ~ 100%まで設定変更が可能である。
- 6.3.3 酸素濃度測定を外部装置で行うことでセンサ校正の手間やトラブル対応を軽減可能である。
- 6.4 圧力範囲
- 6.4.1 吸気時気道陽圧(IPAP)は、4 ~ 50 hPa(cmH₂O)の範囲で設定が可能である。
- 6.4.2 呼気時気道陽圧(EPAP)は、4 ~ 30 hPa(cmH₂O)の範囲で設定が可能である。
- 6.4.3 持続気道陽圧(CPAP)は、4 ~ 30 hPa(cmH₂O)の範囲で設定が可能である。
- 6.5 換気回数・吸気時間
- 6.5.1 換気回数は、1 ~ 60 bpm の範囲で設定が可能である。
- 6.5.2 吸気時間は、0.20 ~ 5.00 sec の範囲で設定が可能である。

- 6.6 スロープ時間(EPAP から IPAP に圧が変化する速さ)
 - 6.6.1 スロープ時間は、1 ～ 6(100 ms ～ 800 msec)の段階で設定が可能である。
- 6.7 トリガ感度
 - 6.7.1 トリガ感度には、呼吸毎に自動調整できる EasySync の機能を有する。
 - 6.7.2 EasySync は吸気トリガと呼気サイクルの閾値調整が可能である。
- 6.8 モニタ機能
 - 6.8.1 波形表示: 気道内圧、フロー、ボリューム
 - 6.8.2 モニタ表示: ピーク圧、PEEP、VTe、酸素療法フロー、MVe、RR total、Pt.leak、Tot.leak、Pt.Trig、Ti/Ttot、PEF、PEEPi
 - 6.8.3 設定可能アラーム: 気道内圧(上/下限)、VTe(上/下限)、RR total(上/下限)、MVe(上/下限)、無呼吸時間、
- 6.9 その他、機能
 - 6.9.1 O₂ ↑フラッシュは任意の酸素濃度に設定が可能である。
 - 6.9.2 一回換気量は体重あたりの量を IBW に基づいた表示が可能である。
 - 6.9.3 酸素療法(ハイフロー)は 2 ～ 80 L/min の範囲で設定が可能である。
 - 6.9.4 酸素源は高圧酸素に加え、低フロー酸素も取り込みが可能である(15 L/min 以下)。
 - 6.9.5 VGA コネクタにより外部ディスプレイに接続が可能である。
 - 6.9.6 ナースコールコネクタによりナースコールシステムに接続が可能である。
 - 6.9.7 IntelliBridge を介して、Philips モニタリングシステムへ接続が可能である。
 - 6.9.8 トレンドグラフは 120 時間、設定トレンドは 5000 件、イベントログは 10000 件の記録が可能である。
 - 6.9.9 スクリーンショットを保存、アウトプットすることが可能である。
 - 6.9.10 1 年交換の HEPA フィルタが搭載可能である。
- 6.10 環境仕様
 - 6.10.1 温度、5 ～ 40 °C(作動時)
 - 6.10.2 温度、-20 ～ 60 °C(保管および輸送時)
 - 6.10.3 湿度、10 ～ 95%の相対湿度(作動時)
 - 6.10.4 湿度、10 ～ 95%の相対湿度(保管および輸送時)

以上